



ANÁLISIS DE ARENA

Nº de Muestra: A / 229935

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal AJUNTAMENT LLUCMAJOR 1034
 Dirección PLAZA DE ESPAÑA, 12 LLUCMAJOR BALEARES 07620
 Teléfonos Fax

Identificación de la Muestra

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Referencia Cliente | ARENA PLAYA "S' ARENAL" | Fecha Toma Muestra | 10/07/2018 13:15:00 |
| Recogida por | LABORATORIO | Fecha Recepción | 10/07/2018 13:40:00 |
| Método muestreo | | Fecha Inicio Analisis | 10/07/2018 |
| Motivo de control | | Fecha Final Análisis | 18/07/2018 |
| Más información sobre la muestra | | Fecha Emisión Informe | 18/07/2018 |

| RESULTADOS ANALITICOS | | CALIBRACIÓN | METODOLOGÍA |
|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| Coliformes Totales | <1 UFC/g | < 100 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| E.coli β-glucuronidasa positiva | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Enterococos | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Levaduras | <1 UFC/g | < 60 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Mohos | 8 UFC/g | < 85 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Dermatofitos | <1 UFC/g | < 15 | Pretratamiento-Filtración Membrana |

Calificación del Ensayo/Resultados

ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO de la muestra analizada: CORRECTO

Legislación

Conforme a Standar Portugués: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 11/2008



Técnico Laboratorio
Susana Ruiz



institut
biotecnològic
de les illes balears



Dirección Técnica
María Marroig

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.
 Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.
 Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.



ANÁLISIS DE ARENA

Nº de Muestra: A / 229936

Identificación del Cliente

| | | |
|---------------|--|------|
| Nombre Fiscal | AJUNTAMENT LLUCMAJOR | 1034 |
| Dirección | PLAZA DE ESPAÑA, 12 LLUCMAJOR BALEARES 07620 | |
| Teléfonos | Fax | |

Identificación de la Muestra

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Referencia Cliente | ARENA PLAYA "CALA BLAVA" | Fecha Toma Muestra | 10/07/2018 9:40:00 |
| Recogida por | LABORATORIO | Fecha Recepción | 10/07/2018 13:40:00 |
| Método muestreo | | Fecha Inicio Analisis | 10/07/2018 |
| Motivo de control | | Fecha Final Análisis | 18/07/2018 |
| Más información sobre la muestra | | Fecha Emisión Informe | 18/07/2018 |

| RESULTADOS ANALITICOS | | CALIBRACIÓN | METODOLOGÍA |
|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| Coliformes Totales | <1 UFC/g | < 100 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| E.coli β-glucuronidasa positiva | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Enterococos | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Levaduras | <1 UFC/g | < 60 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Mohos | 12 UFC/g | < 85 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Dermatofitos | <1 UFC/g | < 15 | Pretratamiento-Filtración Membrana |

Calificación del Ensayo/Resultados

ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO de la muestra analizada: CORRECTO

Legislación

Conforme a Standar Portugués: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 11/2008



Técnico Laboratorio
Susana Ruiz



institut
biotecnològic
de les illes balears



Dirección Técnica
María Marroig

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.
Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.



ANÁLISIS DE ARENA

Nº de Muestra: A / 229937

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal AJUNTAMENT LLUCMAJOR 1034
 Dirección PLAZA DE ESPAÑA, 12 LLUCMAJOR BALEARES 07620
 Teléfonos Fax

Identificación de la Muestra

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Referencia Cliente | ARENA PLAYA "CALA PI" | Fecha Toma Muestra | 10/07/2018 10:30:00 |
| Recogida por | LABORATORIO | Fecha Recepción | 10/07/2018 13:40:00 |
| Método muestreo | | Fecha Inicio Analisis | 10/07/2018 |
| Motivo de control | | Fecha Final Análisis | 18/07/2018 |
| Más información sobre la muestra | | Fecha Emisión Informe | 18/07/2018 |

| RESULTADOS ANALITICOS | | CALIBRACIÓN | METODOLOGÍA |
|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| Coliformes Totales | <1 UFC/g | < 100 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| E.coli β-glucuronidasa positiva | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Enterococos | <1 UFC/g | < 20 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Levaduras | <1 UFC/g | < 60 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Mohos | 18 UFC/g | < 85 | Pretratamiento-Filtración Membrana |
| Dermatofitos | <1 UFC/g | < 15 | Pretratamiento-Filtración Membrana |

Calificación del Ensayo/Resultados

ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO de la muestra analizada: CORRECTO

Legislación

Conforme a Standar Portugués: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 11/2008



Técnico Laboratorio
Susana Ruiz



institut
biotecnològic
de les illes balears



Dirección Técnica
María Marroig

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.
 Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.
 Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.